



**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stolika automatycznego z motoryzacją XYZ z autoogniskowaniem wraz z nastolikowym inkubatorem CO2 do mikroskopu typu Olympus IX53**, znak sprawy: **DZP-271-12/18**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12 czerwca 2018 r. e-mailem od Wykonawcy.

**Pytanie:**

W związku z przedmiotem zamówienia będącym doposażeniem posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu Olympus IX53, czy Zamawiający wymaga aby kontrola motoryzacji XYZ była realizowana poprzez aktualnie posiadane oprogramowanie do obsługi mikroskopu Olympus IX53?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się wykorzystanie oprogramowania do obsługi mikroskopu Olympus IX53. Inne, równoważne, oprogramowanie do kontroli motoryzacji stolika i inkubatora CO2 musi współdziałać z oprogramowaniem do obsługi mikroskopu IX53 – oba programy muszą działać jednocześnie a położenie stolika musi być przekazywane do oprogramowania wykonującego i rejestrującego obrazy próbek.

**Powyższa odpowiedź stanowi integralną część siwz.**

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Za Komisję Przetargową

mgr Anica Knera