



**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę pompy próżniowej dla IFJ PAN w Krakowie**, znak sprawy: **DZP-271-17/19**.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 3 października 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego e-mailem w dniu: 31 maja 2019 r.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę próżniową o wydajności $8\text{m}^3\text{h}$?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pompy o minimalnej prędkości pompowania poniżej $9\text{m}^3\text{h}$.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część siwz.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

mgr Anica Knera