



**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę mikropompy zębatej z jednostką sterującą dla IFJ PAN w Krakowie**, znak sprawy: **DZP-271-19/19**

ODPOWIEŹ NA PYTANIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 3 października 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego e-mailem w dniu: 4 czerwca 2019 r.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wagę urządzenia 5,5 kg oraz wymiary 320x150x237?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompę o maksymalnej wadze do 5,5 kg i wymiarach do 320x150x237.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10 czerwca 2019 r.

Nowy termin składania ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2019 r. godz. 11:30.

Miejsca złożenia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk