



Znak sprawy: DZP.260.6.2021

Kraków, 27 maja 2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę spektrometru masowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP.260.6.2021.**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 25 maja 2021 r.

Pytanie nr 1

„Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie przedmiotu zamówienia „Płyta grzewcza z mieszadłem pokryta grafitem, o powierzchni min. 700 x 500 cm, do 350 °C” jest pomyłka pisarska i powinno być „o powierzchni min. 700 x 500 mm”?”

Odpowiedź

Oczywiście powinno być w opisie przedmiotu zamówienia: „Płyta grzewcza z mieszadłem pokryta grafitem, o powierzchni min. 700 x 500 mm, do 350 °C”.

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płyty grzewczej pokrytej grafitem, o powierzchni min. 700 x 500 mm, do 350°C bez mieszadła?

Według naszej wiedzy nie ma na rynku producenta, który oferuje płyty do 350°C z mieszadłem.”

Odpowiedź

Tak, Zamawiający zgadza się na zaoferowanie płyty grzewczej pokrytej grafitem, o powierzchni min. 700 x 500 mm, do 350 °C bez mieszadła.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

mgr inż. Olimpia Przebieracz